



OBSERVACIONES

- Al solicitar este modelo debe indicarse con precisión la distancia entre centros de conexión al proceso (EC) puesto que el ajuste que permite este tipo de ejecución es de solo $\pm 1,5$ mm.
- La visión (V) es la misma que para los indicadores estandar.
- Para indicadores transparentes; calefaccionados o iluminados con salida posterior, consultar.